



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE18.2380
Certificate No.

产品名称
Name of Product 防爆型钳形接地电阻仪

型号及规格
Type of Product ETCR2000B+

防爆标志
Marking Ex ia II B T3 Ga

技术文件
Technical Documents Q/YTDZ 1-2015

图号
Drawing No. ETCR2000B+-00

备注
Note (s)

1. 产品采用 4 节 LR6 AA 1.5V 电池串联供电, 且串联浇封的熔断器及限流电阻保护。
2. 产品使用环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ 。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.4-2010

发给: 广州市铨泰电子科技有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2023-12-14
Date of Expire:

发证日期: 2018-12-14
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量监督检验中心(天津)
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
 National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn